



סימוכין: 23100999905

אל: כל בית הטכניון

מאת: יחידת הבטיחות, סגן המשנה לנשיא ומנכ"ל לבטיחות

### הנדון: ריענון הנחיות בטיחות במצב חירום

שלום רב,

עקב המצב חשוב לנו לרענן בפניכם את הנחיות הבטיחות בשעת חירום. אנא קראו את הנוהל ושימרו לכם עותק מודפס בהישג יד.

### הוראות לשעת חירום

בהישמע הוראות פינוי מהקמפוס על כל עובד / משתלם, המפעיל עמדה במעבדה, לבצע את הפעולות הבאות –

- 1.1 סגירה פיסית של ברזי הקצה או לחיצה על ה-Shut down valve בעמדות העבודה של מערכות גזים דחוסים
- 1.2 כיבוי תנורים ופלטות חשמליות
2. מערכות גפיים (גז בישול) ראשיות ייסגרו ע"י אחראי בניינים בלבד – **מודגש: במקרה חירום בלבד!**
3. במקרה של עבודה עם פתוגנים – יש לפקוק מבחנות, גם אם הן בתוך המנדף. אין לכבות את המנדף הביולוגי.
4. במקרה שהאוטוקלאב עובד – יש להשאירו פועל.
5. יש להשתמש במדרגות בלבד (אין לרדת במעליות).
6. אין לנעול מעבדות בעת פינוי למרחב המוגן.

### המלצות לשגרה נוכחית

7. מומלץ לא להעמיד בימים אלו ניסויי over night שעלולים לפתח לחץ (או טמפרטורה גבוהה) במטרה לשמור על המנדפים פנויים מריאקציות פעילות בסוף יום העבודה.
8. בימים אלו מומלץ לסגור פיסית את ברזי אספקת גלילי הגזים בסוף כל יום עבודה.
9. רצוי שלא לאחסן בחדר אחד למעלה מ-50 ליטרים נוזלים דליקים, שאינם בתוך ארון שאוב ייעודי.
10. פינוי פסולת כימית מהקמפוס מתוכנן בימים הקרובים, לכן מומלץ לפנות את הפסולת הכימית שהצטברה במעבדה.
11. מומלץ לא להזמין בתקופה הקרובה כמות גדולה של כימיקלים.
12. קיים מכשור מעבדתי, שכיבוי מהיר עלול לנזק אותו. עפ"ר מדובר במכשור בין-מחלקתי יקר, לפיכך מומלץ לכבות מכשור מסוג זה בסיום יום העבודה בהתאם לסדר הפעולות שנקבע ע"י היצרן כדי למנוע נזק למכשור במקרה של הפסקת חשמל פתאומית.

בתודה,

יחידת הבטיחות